1. Перед осмотром

Контроль	Готово, если
Потребность	Понятно, что клиент делает в выбранном месте
Единицы	Люмены отделены от люксов
Точки	Отмечены на плане
Плоскость	Высота и ориентация записаны
Сценарий	День, вечер или сравнение источников определены
Условия	Есть поля для погоды, штор и включённых ламп
Прибор	Инструкция и ограничения доступны
Цель	Бытовое наблюдение отделено от формальной проверки

Что уточнить	У кого	До какого действия

2. Перед выводом

Контроль	Принять, если
Показания	Есть единицы и условия
Повторы	Датчик и точки сопоставимы
HOLD и диапазон	Не создали ложную запись
Изменения	Облака, шторы и лампы отмечены
Расчёт	Поток лампы не назван потоком на всю поверхность
Интерпретация	Отношение люксов не выдано за комфорт
Охват	Три точки не названы полной оценкой помещения
Следующий шаг	Назначен ответ на конкретный вопрос клиента

Вывод	Ограничение	Повторная проверка

Источники и проверка

CIE: Illuminance,17-21-060

CIE: Luminous flux,17-21-039

BEV Metrology: Illuminance

Fluke941: руководство производителя